



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy sprzętu do hemodializy, plazmaferezy.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Pakiet 4 – Cewnik do dializy dwukanałowy

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min. o długościach od mufy 23cm, 27cm oraz 31cm?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby cewnik posiadał przekrój „podwójne D”, wykorzystujący maksymalnie średnicę wewnętrzną cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na rysunku poniżej) z osobnym kanałem prowadnicy drutowej i z mufą?

Uzasadnienie: To unowocześnienie wygięcia końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy, związanej z przyleganiem końca cewnika do ściany naczynia i ryzyko zatkania kanału tętniczego, co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. rozwiązanie, ale nie stawia takiego wymagania.



II.

Pytania do siwz

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 poz. nr 3 dializator sterylizowany promieniami gamma, tak jak dopuszczone w poz. nr 1 i 2 tego samego Pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 4 poz. nr 1 cewnik permanentny do dializ dwukanałowy w zestawie, prosty, o rozmiarze 14,5 Fr x 280mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

III.

Pytanie 1 – Pakiet 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaferowania i wyceny dializatorów niskoprzepływowych o powierzchni 2,0 m² o współczynniku ultrafiltracji 13,7 ml/h mm Hg lub o powierzchni 2,3 m² o współczynniku ultrafiltracji 15 ml/h mmHg

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

DYREKTOR

Janusz Solarz